



## Laboratórna parafínová fólia

I.D.: 105373570

**Prílohy:**

- document1.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č.2 Výsledné poradie dodávateľov.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))

---

Druh zákazky	Tovary	Dátum publikovania	12.11.24
Typ oznámenia:	Výsledok	CPV kódy	44174000-0

---

**Opis:** Opis predmetu: Predmetom zákazky je dodávka laboratórnej parafínovej fólie, ktorá bude používaná na hermetické utesňovanie laboratórnych nádob a materiálov počas experimentálnych činností. Fólia bude slúžiť ako ochranný materiál pre vzorky a reagenty, pričom bude chrániť obsah pred kontamináciou, odparovaním alebo oxidáciou. Funkcia a účel: 1. Hermetické utesnenie: • Fólia musí zabezpečiť vzduchotesné a vodotesné utesnenie rôznych typov laboratórnych nádob (skúmavky, kadičky, Petriho misky, banky). Hermetické utesnenie je potrebné na ochranu vzoriek pred vonkajšími vplyvmi, ako sú vzdušná vlhkosť, prach a iné kontaminanty. 2. Ochrana vzoriek: • Fólia bude použitá na ochranu vzoriek a chemických roztokov pred odparovaním, čo je kritické pre experimenty, kde je dôležité zachovať koncentrácie látok v čase. Musí byť odolná voči chemikáliám, vlhkosti a musí zabezpečiť stabilné podmienky pre dlhodobé skladovanie vzoriek. 3. Flexibilita a opakované použitie: • Materiál musí byť dostatočne flexibilný a elastický, aby umožnil prispôsobenie rôznym tvarom nádob a zároveň sa dal používať opakovane bez straty funkčnosti. To znižuje riziko kontaminácie a je ekonomicky výhodné pri častom otváraní a uzatváraní nádob. 4. Odolnosť voči teplote: • Fólia musí byť schopná odolávať bežným laboratórnym teplotám (napr. ťažné vlastnosti pri izbovej teplote, znesiteľná expozícia nízkym teplotám v chladničkách a mrazničkách).

---